One-Fil®
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Biokeramički zaptivač korijenskih kanala.

One-Fil je prethodno izmiješani biokeramički zaptivač korijenskih kanala koji sadrži sastav jedinjenja kalcijum silikata za trajno zaptivanje. Za stvrdnjavanje i stvrdnjavanje potrebno je prisustvo vode. Ima izvrsna svojstva i biokompatibilnost u skladu sa zahtjevima ISO 6876:2012(E). One-Fil je prethodno izmiješani biokeramički zaptivač korijenskih kanala koji sadrži sastav jedinjenja kalcijum silikata za trajno zaptivanje. Za vezivanje i stvrdnjavanje potrebno je prisustvo vode.

▣ Vrijeme stvrdnjavanja:
u roku od 3,5 sata u korijenskom kanalu, 30 minuta u uvjetima 100% vlažnosti.

▣ Indikacije
Trajno zaptivanje kanala korijena.

▣ Sastav
- Jedinjenja kalcijum silikata 40%,
- cirkonijum oksid 40%,
- Hidrofilni polimer 20%

▣ Način aplikacije
1. Prije aplikacije
    a. Provjerite datum isteka i pazite na kontaminiranu ambalažu.
    b. Slijedite upute prije upotrebe.
    c. Prije zahvata, kada je pacijent spreman, skinite poklopac proizvoda i povežite vrh.
    d. Osigurajte zaštitni uređaj za respiratorne organe prije procedure.

2. Aplikacija
    a. Prije nanošenja One-Fil-a, temeljno pripremite i navodnjavajte korijenski kanal korištenjem standardnih endodontskih tehnika.
    b. Odaberite glavni konus koji će se podudarati s radnom dužinom.
    c. Umetnite vrh šprica u kanal ne dublje od koronalne jedne sekunde. Nežno i glatko nanesite malu količinu u vrh kanala korena.
    d. Umetnite glavni konus u kanal.
    e. Potpuno ispunite kanal: izbjegavajte stvaranje mjehurića zraka i prepunjavanje kanala korijena.
    f. Uklonite višak master konusa i uklonite One-Fil sa vrha korijenski kanal sa mokrim pamučnim kuglicama.
    g. Radiografija se može napraviti kako bi se osiguralo adekvatno zaptivanje apikala. Ako je pristup radnoj dužini, temeljno navodnjavati One-Fil iz korijenski kanal i ponovite proceduru.

▣ Kontraindikacije
1. Nemojte koristiti One-Fil kod pacijenata koji imaju alergiju na kalcijum silikat.
2. Ponovna upotreba priloženog vrha može uzrokovati unakrsnu infekciju, stoga ponovna upotreba napojnica je zabranjena.

▣ Oprez
1. Samo za stomatološku upotrebu.
2. Ne koristi se kod pacijenata sa istorijom osipa i preosetljivosti na dermatitis.
3. Ovaj proizvod se koristi samo za oralno tkivo. Pazite da vam ne uđe u oči.
4. Ako dođe u kontakt sa kožom ili dođe u oči, isperite ih nekoliko puta
1. čistom vodom i po potrebi se posavjetujte sa specijalistom.
5. Ovaj proizvod je zabranjen za upotrebu osim za njegovu namjenu. A upotreba neprofesionalaca je zabranjena.
6. Pridržavajte se procedure i mjera opreza.

7. Držite ga podalje od dohvata korisnika koji nisu stomatološki, uključujući djecu, stariji građanin i dr.
8. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.
9. Postoji opasnost od oštećenja proizvoda, stoga nemojte previše udarati.

▣ Upozorenje

- Izbjegavajte prepunjavanje korijenskog kanala. može dovesti do osjetljivosti pacijenata, upale ili maksilarnog sinusitisa.
- Ako se ekstrudirani materijali utisnu u mandibularni kanal, može izazvati jak bol ili disesteziju. Obično je potrebno odmah uklanjanje materijala.

▣ Skladištenje

1. Držite poklopac šprica čvrsto kada ne koristite One-Fil.
2. Čuvati na hladnom mestu. (15~25℃)
3. Izbjegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti.

**** Ovaj proizvod je osjetljiv na vlagu, stoga obavezno zatvorite čepom nakon otvaranja.***

▣ Rok trajanja

2 godine od datuma proizvodnje

MEDICLUS CO., LTD.
br.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do 28576, Koreja
Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866
E-mail : sales@mdclus.com
Rev.5 2022. 04. 25 MDI-OS02-05
020206